

## Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Número 57062002-001-18

**Referente a la: Contratación del Servicio Integral de Bancos de Sangre y Puestos de Sangrado de las Unidades Médicas y Centro Estatal de Transfusión Sanguínea pertenecientes a los Servicios de Salud de Tamaulipas con Equipo en Comodato**


En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las 11:00 horas del día 05 de Junio de dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, ubicada en Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas, Piso 5 en Prolongación Blvd. Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas, C.P. 87083, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los Servidores Públicos: C. Arq. Eduardo Barrera Peña, Director de Adquisiciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, la C. C.P. Brenda Alicia García Garza, Departamento de Licitaciones Públicas, el C. Lic. Enrique Téllez Bonilla, Representante de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud, el C. Lic. Dante Rolando García Zúñiga, Auditor de la Unidad de Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y C.C.P. Paula Pantoja Rivera, Representante del Órgano de Control Interno en la Secretaría de Administración; con el objeto de realizar el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Número **57062002-001-18** referente a la **Contratación del Servicio Integral de Bancos de Sangre y Puestos de Sangrado de las Unidades Médicas y Centro Estatal de Transfusión Sanguínea pertenecientes a los Servicios de Salud de Tamaulipas con Equipo en Comodato.** -----

-----Hechos-----

1.- El Arq. Eduardo Barrera Peña, Director de Adquisiciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, inicia el proceso de Licitación presentando a los Servidores Públicos presentes.-----

**Primero.-** Menciona a los licitantes inscritos para participar en este proceso licitatorio: **Hospiclean, S.A. de C.V., Internet, S.A. de C.V., Dicipa, S.A. de C.V. e Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V.,** dichos licitantes presentaron recibo de pago de bases a más tardar el 04 de Junio del presente año; y los licitantes **Internet, S.A. de C.V., Hospiclean, S.A. de C.V., y Dicipa, S.A. de C.V.** presentaron además escrito de preguntas aclaratorias a las bases a más tardar el día 01 de Junio del 2018, antes de las 11:00 horas.-----

**Segundo.-** Menciona a los licitantes que asisten a este acto de Junta de aclaraciones **Dicipa, S.A. de C.V. e Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V.,** -----




**Tercero.-** En base a las respuestas remitidas por la **Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas**, mediante oficio **Número SST/SAF/DRM/1102/2018 de fecha 04 de Junio del 2018**, se procede a dar lectura a las respuestas por parte del Área requirente, de las preguntas aclaratorias recepcionadas, las cuales se detallan a continuación:


**LICITANTE DICIPA, S.A. de C.V.**

1	<p>INMUNOHEMATOLOGIA SEMIAUTOMATICA (TPO II)          ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:          SOLICITAN: ALBÚMINA BOVINA POLIMERIZADA AL 22%          Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una solución de baja fuerza iónica MLB2, la cual de manera paulatina ha ido sustituyendo el uso de la Albumina polimerizada ya que hace que las pruebas de Coombs donde se utiliza sean más sensibles y en menos tiempo que las mismas pruebas usando albúmina. Razón por la cual el mercado mundial ha cambiado al uso de solución LISS. SE ACEPTA? ANEXO III</p>	Se acepta sin ser limitativo para los demás licitantes
2	<p>En accesorios complementarios, solicitan: fraccionador automático, para la obtención de componentes sanguíneos, con sensor óptico, con compresor de aire, debe ser compatible a la bolsa ofertada.          Solicitamos nos permita ofertar fraccionador automático, para la obtención de componentes sanguíneos, con sensor óptico, que se alimente de electricidad y no necesita consumo de aire externo ¿se acepta? ANEXO III</p>	Se acepta sin ser limitativo para los demás licitantes
3	<p>Se solicita a la convocante si nos puede proporcionar la vigencia del contrato</p>	Será al 31 de Diciembre de 2018.

**LICITANTE INTERMET S.A. DE C.V.**

1	Anexo VIII	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si este anexo formará parte de nuestra propuesta y en caso de que la respuesta sea positiva, solicitamos a la convocante nos indique en que parte de nuestra propuesta debemos ingresarlo. Favor de aclarar.</p>	Si formará parte de su propuesta y deberá presentarlo dentro de su propuesta técnica.
2	16.1.1. Propuesta Técnica Inciso h)	<p>Solicitamos a la convocante nos confirme que para cumplir con este punto, bastará con presentar un escrito libre puntualizando lo solicitado. ¿Es correcto?</p>	Si es escrito libre manifestando bajo protesta de decir verdad y puntualizar lo solicitado.
3	16.1.1. Propuesta Técnica Inciso ñ)	<p>La convocante solicita en este punto los últimos 3 (tres) pagos mensuales provisionales al año 2018. Pedimos a la convocante que para cumplir con este punto nos permita presentar los pagos provisionales correspondientes al mes de febrero, marzo y abril del 2018, considerando que tenemos como plazo</p>	Se acepta su petición





		hasta el 17 del mes próximo para presentar la del mes de mayo, de acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta en el Artículo 10. ¿Se acepta?	
4	16.1.1. Propuesta Técnica Inciso v)	Considerando que la nueva versión para la NOM ISO 9001 es la 2015 y no la 2008, entendemos que, para cumplir con este punto, el proveedor deberá presentar en original o copia certificada y copia simple el certificado ISO 9001:2015 en Servicios integrales de Banco de Sangre. Favor de aclarar	Deberán presentar el certificado ISO 9001:2008 o 2015 que lo avale como integradores en los servicios objeto de esta convocatoria
5	16.1.1. Propuesta Técnica Inciso x)	Solicitamos a la convocante nos especifique si lo solicitado en este punto corresponde a una característica del sistema informático para banco de sangre a ofertar por el proveedor, con módulo gerencial de administración, por lo que será suficiente referenciar en el folleto o manual. Favor de aclarar.	No es correcto, esta no es una característica del sistema informático para banco de sangre.
6	16.1.1. Propuesta Técnica Inciso aa)	Solicitamos a la convocante nos confirme que estas cartas de respaldo por parte del fabricante son en formato libre. Favor de aclarar.	Es correcto, serán en formato libre haciendo referencia al presente evento y a los productos y/o equipos que respalda.
7	16.1.1. Propuesta Técnica Inciso ac)	Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual el oferente enliste las unidades de transporte propias (detallando el número de placas). Las unidades de transporte son adquiridas una vez adjudicado el contrato, a excepción del proveedor actual del Servicio Integral de Banco de Sangre, por lo tanto, solicitamos a la convocante que para cumplir con este punto, se acepte carta bajo propuesta de decir verdad en donde nos comprometemos a cumplir con lo solicitado en caso de resultar adjudicados. Se acepta?	Es indispensable para dar certeza del cumplimiento óptimo y oportuno del servicio que el proveedor en su propuesta garantice la capacidad de suministro en todas las unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas en donde realizará la entrega, para lo cual deberá presentar relación de los vehículos automotores, que serán utilizados para la distribución óptima en la que señale la marca, modelo y características, acreditando la propiedad o arrendamiento vigente a nombre del proveedor.



8	Modelo de contrato: vigencia	Solicitamos atentamente a la convocante ratificar cual es la vigencia del contrato mencionado en la presente licitación	Será al 31 de Diciembre de 2018.
9	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III 4-8) Serología para las pruebas	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar un equipo que realice los 5 parámetros en una sola plataforma lo cual representa facilidad en el manejo, ahorro de tiempos y espacio	Se acepta su propuesta sin ser limitativo para los demás licitantes.
10	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III 4-8) Serología para las pruebas	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar un equipo que no utilice puntas desechables	No se acepta, debe ofertar sistemas con punta desechable que reducen los problemas de acarreo
11	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo I Propuesta técnica	Es correcta nuestra apreciación que para garantizar la calidad de los bienes ofertados es indispensable anexar a la propuesta técnica alguno de los siguientes certificados vigentes: ISO 9001, ISO 13485, CE, TÜV, FDA, certificado de libre venta	Deberá apegarse a lo solicitado en A N E X O I de las bases de esta licitación.
12	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III 4-8) Serología para las pruebas	Podría la Convocante proporcionar la velocidad de procesamiento requerida para el equipo de Serología	No se requiere una velocidad específica
13	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III 4-8) Serología para las pruebas	Es correcta nuestra apreciación que el reactivo para la determinación cualitativa del virus de la inmunodeficiencia humana debe detectar simultáneamente el antígeno p24 y bs anticuerpos VIH tipo 1 y 2-	No es correcta su apreciación. Lo solicitado por la convocante es: REACTIVO PARA LA DETECCIÓN EN SUERO Y PLASMA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) TIPOS 1 Y 2
14	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III 4-8) Serología para las pruebas	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar una plataforma con velocidad de procesamiento de 200 pruebas por hora	Se acepta, podrá cotizarlo sin ser limitante para los demás licitantes.
15	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo I Inciso X	Solicitamos a la convocante nos proporcione más información a que se refiere con este inciso y cuál es la finalidad de solicitar dicha información	Deberá apegarse a lo establecido en el Anexo I inciso x) de las bases. La finalidad es por ser información necesaria para el área requirente.
16	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III 4-8) Serología para	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si se puede ofertar un solo equipo para el proceso de la serología. En caso de	Se acepta su propuesta, sin ser limitativo para los demás licitantes.



	las prueba HCV, HBsAG, HIV, SIFILIS y CHAGAS	ser afirmativa su respuesta, solicitamos nos permita ofertar una plataforma que procese las 5 pruebas solicitadas y el cual tenga una velocidad de 200 pruebas por hora	
17	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: AGITADOR DE TUBOS PARA BIOMETRIA HEMATICA DE 12 TUBOS	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
18	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: AGITADOR DE PLACAS PARA PRUEBAS DE AGLUTINACIÓN	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
19	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: FRACCIONADOR AUTOMATICO, PARA LA OBTENCION DE COMPONENTES SANGUINEOS, CON SENSOR OPTICO, CON COMPRESOR DE AIRE, DEBE SER COMPATIBLE A LA BOLSA OFERTADA	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
20	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: BALANZA MEZCLADOR SANGUINEO PARA LA MEZCLA DE ANTICOAGULANTE Y EL CONTROL DE VOLUMEN REQUERIDO POR EL OPERADOR. RECOLECCIÓN DE VOLUMEN PROGRAMABLE	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
21	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: PINZAS DE ACERO INOXIDABLE CON RODILLOS PARA COMPRIMIR TUBO DE PLASTICO	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
22	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo INCUBADOR Y AGITADOR DE PLAQUETAS PARA 48 UNIDADES	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los



			equipos ofertados por su representada
23	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo SELLADOR DE TUBOS DE PVC DE GRADO MEDICO STANDARD	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
24	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: SILLON PARA DONADOR ELECTRICO	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
25	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: REFRIGERADOR PARA COMPONENTES SANGUÍNEOS PARA ALMACENAJE DE 360 BOLSAS DE 450 ML	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
26	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: CONGELADOR PARA PLASMAS	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada
27	16.1.1. Propuesta Técnica Anexo III Accesorios complementarios	Solicitamos a la convocante nos proporcione más características y especificaciones del siguiente equipo: EQUIPO DE CONEXIÓN ESTÉRIL PARA UNIR LAS LINEAS PLÁSTICAS DE LAS BOLSAS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE Y SUS COMPONENTES	Las características mínimas son las requeridas en las presentes bases, podrá ofertar acorde a las descripciones de los equipos ofertados por su representada

**LICITANTE HOSPICLEAN, S.A. DE C. V.**



1	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la duración del contrato, favor de confirmar?	Será al 31 de Diciembre de 2018.
2	<p>NUMERAL 16.1.1 PROPUESTA TECNICA LETRA f).- Documentación que demuestre la experiencia del licitante registrado para participar en esta licitación (Currículum, etc.) Anexar copia simple de los contratos y/o pedidos de la prestación del servicio solicitado en las bases. DEBIENDO ANEXAR RELACION y COPIA SIMPLE DE 4 PEDIDOS O CONTRATOS formalizados (firmados) que hayan celebrado durante los últimos 3 años anteriores (solamente será considerado un contrato por institución o dependencia del sector salud)</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita realizar una participación conjunta para cumplir con todo lo solicitado en este punto. Se acepta?</p>	No se acepta la presentación de propuestas conjuntas, debido a que no se justifica en la participación conjunta y además se requiere la experiencia que garantice la correcta prestación del servicio a contratar.
3	<p>NUMERAL 16.1.1 PROPUESTA TECNICA LETRA k) Para el llenado del ANEXO II (Formato de Propuesta Técnica)</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante indicar si adicional a la información de la Empresa, solo debemos modificar el apartado de TIEMPO DE ENTREGA. Es correcta nuestra apreciación, favor de confirmar?</p>	<p><b>Es correcto, presentando además el Anexo III (Especificaciones Técnicas)</b> describiendo todas y cada una de las características y especificaciones técnicas haciendo referencia del catálogo, el cual deberá presentarse legible, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá contener en todas sus hojas el nombre <b>SELLO</b> y firma autógrafa del licitante o representante legal de la empresa participante y a la elección del mismo licitante podrá ser en papel membretado de la empresa, siempre y cuando se respete el formato y contenido <b>mínimo</b> del anexo antes mencionado, describiendo todas y cada una de las características y especificaciones técnicas de la prestación del servicio, así como tiempo de la entrega de la prestación del servicio.</p>
4	<p>NUMERAL 16.1.2 PROPUESTA ECONOMICA LETRA a) Para el llenado del Anexo IV (Formato de Cotización) Solicitamos amablemente a la convocante indicar si el costo unitario es igual al TOTAL del apartado de la Descripción. Favor de confirmar?</p>	El costo unitario se refiere a cada uno de los renglones de la descripción
5	<p>NUMERAL 16.1.2 PROPUESTA ECONOMICA LETRA a) Para el llenado del Anexo IV (Formato de Cotización) Solicitamos amablemente a la</p>	Deberá llenar los datos solicitados en dicho formato, conforme se solicita en el punto 16.1.2 de las bases de



	convocante ejemplificar el llenado. Favor de indicar?	esta licitación.
6	Anexo I Inciso n) Original y copia de la Cédula Profesional del Contador Público que suscribió los Estados Financieros. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita presentar copia certificada, favor de confirmar?	Se acepta, podrá presentar copia certificada en original y copia simple de la misma.
7	ANEXO I Inciso o) Opinión de cumplimiento del IMSS e INFONAVIT. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar dichos documentos a través de un OUTSOURCING, esto debido a que la empresa no cuenta con personal contratado a su nombre. Se acepta?	No se acepta, toda vez que lo que se busca es que se cuente con personal propio capacitado y calificado para la prestación del servicio a contratar.
8	ANEXO I Inciso u) pág. 22 Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita tener como solución de soporte un Servicio de Call Center el cual estará disponible las 24 horas los 365 días, además de que se contará con un gestor de operaciones en el área quien solicitará los servicios correctivos y capacitaciones necesarias, con atención personalizada. Esto se solicita por el hecho de que no en todos los hospitales se tiene buena conectividad de internet y la aplicación que solicitan depende mucho de los celulares de los usuarios, los cuales pueden presentar fallas. Se acepta?	No se acepta, deberán apegarse conforme a lo solicitado en las bases ya que se requiere esta herramienta tecnológica para agilizar los requerimientos al hacerlo en tiempo real.
9	ANEXO II listado de pruebas como parte del servicio a ofrecer En el punto 6 solicitan la prueba de V.D.R.L. (sífilis) pero en el Anexo III solicitan la prueba de sífilis automatizada. Podría la Convocante definir si la prueba será manual o automatizada?	Deberá ofertar prueba automatizada
10	Anexo III 9-10) inmunohematología Solicitan cassettes de perlas de vidrio, las cuales van dirigidas a una marca limitando la libre competencia. Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la tecnología de tarjetas de gel, la cual tiene características superiores a las solicitadas. Se acepta?	No se acepta, toda vez que se considera que no se limita la participación a este evento ya que diferentes oferentes pueden ofertar esta tecnología.  Considerando las evaluaciones, comparativos y análisis de mercado, así como las necesidades de la convocante, estos requerimientos solicitados para este sistema son aceptados para el procesamiento de este tipo de pruebas.

*[Handwritten signature]*

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente acta a las **11:40 horas** del día **05 de Junio de 2018**, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron y así

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



quisieron hacerlo para constancia legal.-----  
-----

La omisión de la firma por parte de los licitantes, no invalidará el contenido y efectos de esta  
acta. -----  
-----

## Firma de los Servidores Públicos

**Director de Adquisiciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales**

  
Arq. Eduardo Barrera Peña

**Departamento de Licitaciones Públicas de la Dirección de Adquisiciones**

C.P. Brenda Alicia García Garza




**Representante de la Secretaría de Finanzas**

Lic. Dante Rolando García Zúñiga



**Representante de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud**

Lic. Enrique Téllez Bonilla



**Representante del Órgano de Control Interno en la Secretaría de Administración**

C.P. Paula Pantoja Rivera











## Firma de los Licitantes

**Representante de Dicipa, S.A. de C.V.**

C. Héctor Alejandro Castro Márquez

**Representante de Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V.**

C. José Francisco Martínez Pacheco