

## Acta de Junta de Aclaraciones

### Licitación Pública Nacional Número 57062002-006-19 Referente a la: Contratación de Servicio Integral de Laboratorio Clínico con Equipos en Comodato

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las 11:00 horas del día 13 de Junio de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, ubicada en Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas, Piso 5 en Prolongación Blvd. Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas, C.P. 87083, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los Servidores Públicos: C. Lic. Daryl Zubiaga Gaytán, Director de Adquisiciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, la C. C.P. Brenda Alicia García Garza, Departamento de Licitaciones Públicas, el C. C.P. Juan Gómez Álvarez, Representante de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud, Dr. Rafael Torres Mansur, Director de Atención Médica Especializada y Sistemas Hospitalarios y C.C.P. Paula Pantoja Rivera, Representante del Órgano de Control Interno en la Secretaría de Administración; con el objeto de realizar el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Número **57062002-006-19** referente a la **Contratación de Servicio Integral de Laboratorio Clínico con Equipos en Comodato.** -----

#### -----Hechos-----

1.- El Lic. Daryl Zubiaga Gaytán, Director de Adquisiciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, inicia el proceso de Licitación presentando a los Servidores Públicos presentes.-----

**Primero.-** Menciona al licitante inscrito para participar en este proceso licitatorio: **Dicipa, S.A. de C.V.**, dicho licitante presentó recibo de pago de bases a más tardar el 12 de Junio del presente año y presentó además escrito de preguntas aclaratorias a las bases a más tardar el día 11 de Junio del 2019, antes de las 11:00 horas.-----

**Segundo.-** Menciona al licitante que asiste a este acto de Junta de aclaraciones, **Dicipa, S.A. de C.V.**, -----

**Tercero.-** En base a las respuestas remitidas por la **Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas**, mediante oficio **Número SST/SAF/DRM/408/2019 de fecha 12 de Junio del 2019**, se procede a dar lectura a las respuestas por parte del Área requirente, de las preguntas aclaratorias recepcionadas, las cuales se detallan a continuación:

**PREGUNTAS DEL LICITANTE DICIPA S.A. de C.V.**

**A). - DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO**

NÚMERO	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA DEL LICITANTE	RESPUESTA DEL ÁREA CONTRATANTE
1	Punto 16. Integración de propuestas	Solicitan folio consecutivo. Solicitamos amablemente a la convocante, pueda ser folio por carpeta agregando un listado de las carpetas y los números de folio. ¿Se acepta?	<b>Se acepta</b>

**B). - DE CARÁCTER TÉCNICO**

NÚMERO	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA DEL LICITANTE	RESPUESTA DEL ÁREA CONTRATANTE
1	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral de Laboratorio Clínico con Equipos en Comodato, características analizador de gases en sangre (Tipo I), inciso 1	Dice: "Parámetros Medidos: Mínimo PH, PO2, PCO2, SO2%, HCT, HB." Se Solicita a la convocante acepte Equipo Libre De Mantenimiento con los siguientes parámetros medidos: Ph, Po2, Pco2, So2%, Hct Y Hemoglobina Calculada.	<b>Se acepta, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y los analitos requeridos</b>
2	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases en sangre (TIPO I), inciso 3	Dice: "Metodología: ION selectivo (ISE) o Amperometría o Conductividad o Fotometría." Se solicita a la convocante y para favorecer la participación de más proveedores, se acepte equipo con metodología de micro sensores.	<b>Se acepta, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y los analitos requeridos</b>
3	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases en sangre (TIPO I), inciso 11	Dice: "Requiere de un solo paquete/cartucho de reactivo que incluye el contenedor de desechos y reactivos para análisis de muestras y calibración, sin tanques de gas." Se solicita amablemente a la convocante se acepte equipo que acepte un solo cartucho o cartuchos de reactivo que incluyan contenedor de desechos y reactivos para el análisis de muestras y calibración.	<b>Se acepta, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y los analitos requeridos</b>





4	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases en sangre (TIPO I), inciso 11	Dice: "Requiere de un solo paquete/cartucho de reactivo que incluye el contenedor de desechos y reactivos para análisis de muestras y calibración, sin tanques de gas." Se solicita amablemente a la convocante acepte carta compromiso bajo protesta de decir verdad como referencia de "sin tanque de gas", toda vez que el equipo que ofertaremos no requiere tanque de gas, sin embargo, no contamos con documentales que nos permitan referenciar "sin tanque de gas", ya que los gasómetros modernos libres de mantenimiento no requieren de tanque de oxígeno.	<b>Se acepta, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y los analitos requeridos</b>
5	Anexo iii, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases en sangre (TIPO I), inciso 15	Dice: "Puerto serial para interfaz RS 232". Se solicita amablemente a la convocante con el fin de favorecer la participación de más proveedores, se acepte que medio de interfaz acorde a marca y modelo del gasómetro ofertado.	<b>Se acepta</b>
6	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases, electrolitos y lactato en sangre (TIPO II), inciso 1	Dice: "Parámetros medidos: mínimo PH, PO2, PCO2, SO2%, HCT, HB, NA, K, CL O CA, GLUCOSA, LACTATO." Se solicita a la convocante se acepte equipo libre de mantenimiento con los siguientes parámetros medidos: PH, PO2, PCO2, SO2%, HCT, NA, K, CL O CA, GLUCOSA, LACTATO Y HEMOGLOBINA CALCULADA.	<b>Se acepta</b>
7	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases, electrolitos y lactato en sangre (TIPO II), inciso 3	Dice: "Metodología: ION selectivo (ISE) O AMPEROMETRÍA O CONDUCTIVIDAD O FOTOMETRÍA." Se solicita a la convocante y para favorecer la participación de más proveedores, se acepte equipo con metodología de micro sensores.	<b>Se acepta, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y los analitos requeridos</b>



8	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases, electrolitos y lactato en sangre (TIPO II), inciso 11	Dice: "Requiere de un solo paquete/cartucho de reactivo que incluye el contenedor de desechos y reactivos para análisis de muestras y calibración, sin tanques de gas." Se solicita amablemente a la convocante se acepte equipo que acepte un solo cartucho o cartuchos de reactivo que incluyan contenedor de desechos y reactivos para el análisis de muestras y calibración.	<b>Se acepta, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y los analitos requeridos</b>
9	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases, electrolitos y lactato en sangre (TIPO II), inciso 11	Dice: "Requiere de un solo paquete/cartucho de reactivo que incluye el contenedor de desechos y reactivos para análisis de muestras y calibración, sin tanques de gas." Se solicita amablemente a la convocante acepte carta compromiso bajo protesta de decir verdad como referencia de "sin tanque de gas", toda vez que el equipo que ofertaremos no requiere tanque de gas, sin embargo, no contamos con documentales que nos permitan referenciar "sin tanque de gas", ya que los gasómetros modernos libres de mantenimiento no requieren de tanque de oxígeno.	<b>Se acepta</b>
10	Anexo III, especificaciones técnicas para el Servicio Integral De Laboratorio Clínico con equipos en comodato, características analizador de gases, electrolitos y lactato en sangre (TIPO II), INCISO 15	Dice: "puerto serial para INTERFAZ RS 232." Se solicita amablemente a la convocante con el fin de favorecer la participación de más proveedores, se acepte que medio de interfaz acorde a marca y modelo del gasómetro ofertado.	<b>Se acepta</b>



11	Cuadro de Distribución de Equipos página 32	Están solicitando en el cuadro de distribución de equipos pagina 32 Para los Hospitales HG Reynosa Dr José Ma Cantú Y HG De Nuevo Laredo, en ambos casos solicitan equipo de inmunología TIPO II, sin embargo en las descripciones técnicas de los equipos solo viene características de bajo rendimiento inmunología (TIPO III), solicitamos a la convocante si estas características deberán de ofertarse para las unidades antes mencionadas.	<b>Deberá ofertarse para las unidades mencionadas las características de equipo de inmunología de alto rendimiento para el HG Laredo III, HG Reynosa I</b>
12	Anexo III	Características química clínica alto rendimiento: (TIPO I). Solicitan instrumentos con sistema de refrigeración para todos los reactivos. Solicitamos que se acepte instrumento que cuente con sistema de conservación de los reactivos de acuerdo a la marca del instrumento ya que algunos no cuentan como tal con refrigeración, esto sin afectar la calidad de los resultados.	<b>Se acepta</b>
13	Anexo III	Características química C. de mediano rendimiento (TIPO II), solicitan instrumentos con sistema de refrigeración para todos los reactivos. Solicitamos que se acepte instrumento que cuente con sistema de conservación de los reactivos de acuerdo a la marca del instrumento ya que algunos no cuentan como tal con refrigeración, esto sin afectar la calidad de los resultados.	<b>Se acepta</b>
14	Anexo III	Características de bajo rendimiento de química clínica (TIPO III) Solicitan instrumento que incluya electrolitos. Solicitamos que los electrolitos sean opcionales o se ofrezca otra plataforma para solventar la necesidad.	<b>Se acepta</b>

*BTU*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

15	Anexo III	Solicitan que en caso de requerir agua des ionizada debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla. Solicitamos se acepte que se entregue en el laboratorio la cantidad y calidad de agua necesaria para cada unidad médica.	<b>Se acepta</b>
16	Anexo I Inciso U)	Solicitan ISO 9001:2008 solicitamos a la convocante nos confirme si el ISO que debemos incorporar a la licitación es el 9001:2015 y no el 9001:2008 esto en virtud de que este ISO dejo de tener vigencia el mes de septiembre de 2018.	<b>Es correcta su apreciación , se deberá presentar ISO 9001:2015</b>

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente acta a las 11:50 horas del día 13 de Junio de 2019, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo para constancia legal.-----

La omisión de la firma por parte del licitante, no invalidará el contenido y efectos de esta acta. -

### Firma de los Servidores Públicos


**Director de Adquisiciones de la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales**

  
Lic. Daryl Zubiaga Gaytán

**Departamento de Licitaciones Públicas de la Dirección de Adquisiciones**

  
C.P. Brenda Alicia García Garza

Hoja de Firmas del Acta de Junta de Aclaraciones Licitación Número 57062002-006-19



## Firma de los Servidores Públicos

**Representante de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud**

C.P. Juan Gómez Álvarez

**Director de Atención Médica Especializada y Sistemas Hospitalarios**

Dr. Rafael Torres Mansur

**Representante del Órgano de Control Interno en la Secretaría de Administración**

C.P. Paula Pantoja Rivera

## Firma del Licitantes

**Representante de Dicipa, S.A. de C.V.**

C. Héctor Alejandro Castro Márquez

